



ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

จัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติดใน	จำนวน	๑	งาน
ปัสสาวะ ตามโครงการป้องกันและ			
แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด			
สมุทรปราการ			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดสมุทรปราการ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dopa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๓๙๕๑๖๕๑ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล m11000012@dopa.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ โดยจังหวัดสมุทรปราการจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.dopa.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธีรพล ศิรินันววัฒน์)

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ
ตามประกาศ จังหวัดสมุทรปราการ

ลงวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๑

ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

จัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ	จำนวน	๑	งาน
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา			
เสพติดจังหวัดสมุทรปราการ			

พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- ๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
- (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัด สมุทรปราการ

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชุดทดสอบสารเสพติดกัญชาในปัสสาวะ และชุดทดสอบสารเสพติดโคคาอีนในปัสสาวะ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนาภาพถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๒ โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่

ระหว่างเวลา น. ถึง น. ณ ที่ทำการปกครองจังหวัด สมุทรปราการ

ทั้งนี้ จังหวัดจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว จังหวัดจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงานเว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๓๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราฟัที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟัลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟันั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเข้าหรือตราหน้าที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..... ระหว่างเวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอให้กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิตยบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่าการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา

คำสั่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำ

เข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค่าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว

จังหวัดสมุทรปราการ

สิงหาคม ๒๕๖๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) โทร. ๐-๒๓๕๕-๑๖๕๑
ที่ สป ๐๐๑๘.๒/ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
ในปัสสาวะ ชุดทดสอบสารเสพติดกัญชาในปัสสาวะ และชุดทดสอบสารเสพติดเคตามีนในปัสสาวะ
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

๑. เรื่องเดิม

ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ของชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชุดทดสอบสารเสพติดกัญชา
ในปัสสาวะ และชุดทดสอบสารเสพติดเคตามีนในปัสสาวะตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ตามคำสั่งจังหวัด
สมุทรปราการ ที่ พ.ม./๕๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ได้ดำเนินการกำหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ อย่างโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน โดยคณะกรรมการได้ร่วมกัน
ประชุมและพิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ดังนี้

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
ดังนี้

๑. เป็นชุดทดสอบสำเร็จรูปที่ใช้ตรวจสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะโดยใช้
หลักการ Competitive binding immunoassay
๒. ชุดทดสอบประกอบด้วยแผ่นเมมเบรนไนโตรเซลลูโลส (Nitrocellulose
membrane) ที่มีขนาด ๔ มิลลิเมตร บรรจุอยู่ภายในตัวทดสอบ (Cassette) โดยมีตัวอักษรสีที่แตกต่างกัน
จากสีของตัวทดสอบ แสดงอย่างชัดเจนให้ทราบชนิดของสารเสพติด
๓. บนตัวทดสอบมีตัวอักษรสีที่แตกต่างกันจากสีของตัวทดสอบแสดงอย่างชัดเจนให้ทราบ
ตำแหน่งควบคุม (control region) ตำแหน่งทดสอบ (test region) มีหลอดดูดตัวอย่างปัสสาวะ และมีวัสดุ
กันความชื้น (ต้องมีเม็ดยึดติดเมื่อวัสดุกันความชื้นมีคุณภาพเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในช่องพลาสติก) รวม
บรรจุในซองอลูมิเนียมปิดสนิท บนซองแจ้งรายละเอียด เช่น ชื่อชนิดการทดสอบ , การอ่านผล , ค่า cut - off
, รุ่นที่ผลิต, วันหมดอายุ, วิธีการตรวจ, สัญลักษณ์ CE Mark (IVD) และชื่อบริษัทผู้ผลิต มีขนาดบรรจุ ๕๐
ชุด/กล่อง
๔. การอ่านผลใช้หลักการ immunochromatographic technique โดยผลบวก
จะเห็นเป็นเส้นคมชัดที่ตำแหน่งควบคุม (Control region) เพียงเส้นเดียว และไม่ปรากฏรอยเส้นที่ตำแหน่ง
ทดสอบ (test region) ส่วนผลลบจะเห็นเป็นเส้นคมชัดที่ตำแหน่งควบคุม (control region) และตำแหน่ง
ทดสอบ (test region)

/๕. ชุดตรวจ...

๕. ชุดตรวจมีการใช้ Colloidal Gold ในชุด (Cassette) สำหรับการเกิดแถบสีในการทดสอบ

๖. วิธีการทดสอบ ทำได้ง่ายในขั้นตอนเดียวโดยการหยดตัวอย่างปัสสาวะจำนวน ๓ หยดลงในหลุมทดสอบ (sample well) และสามารถอ่านผลได้ชัดเจน ด้วยตาเปล่าและถูกต้องภายใน ๕ นาที โดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่นช่วยในการอ่าน

๗. ชุดทดสอบเก็บรักษาได้ง่าย โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔-๓๐ องศาเซลเซียส

๘. ค่า cut-off สำหรับการตรวจเมแทมเฟตามีนที่ ๑,๐๐๐ ng/ml โดยให้ผลบวกเมื่อมีปริมาณเมแทมเฟตามีนในปัสสาวะตั้งแต่ ๑๐๐๐ng/ml ขึ้นไป และให้ผลลบเมื่อมีปริมาณเมแทมเฟตามีนในปัสสาวะต่ำกว่า ๑๐๐๐ ng/ml โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในช่วงที่ยอมรับได้ $\pm 25\%$ ของค่า cut -off

๙. ชุดทดสอบมีผลการศึกษาค่าความไวและความจำเพาะเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน GC/MS ๙๗%

๑๐.ชุดทดสอบไม่ให้ผลบวกกับตัวยาท่อไปนี้ Acetaminophen , Aspirin, Brompheniramine, Caffeine, Chloramphenicol, Dextromethorphan, Furosemide และ Rantidine ที่ระดับความเข้มข้นต่ำกว่า ๑๐๐ ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

๑๑.โรงงานผู้ผลิตได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

๑๒.ผลิตภัณฑ์ต้องผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานระดับประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศเช่น องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับรองคุณภาพ CE Mark (IVD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลพร้อมแนบเอกสารประกอบ

๑๓.มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

๑๔.มีอายุการใช้งาน (Expiry Date) ไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือนนับจากวันที่ส่งของ

๑๕.แนบเอกสารแสดงผลการศึกษาค่าความไว (clinical sensitivity : ความน่าจะเป็นของผลบวกจริง) และค่าความจำเพาะ (clinical specificity: ความน่าจะเป็นของผลลบจริง)

๑๖.แนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตแสดงมาตรฐานการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และผลการศึกษาคงสภาพของผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ (stability study) ที่ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดอายุการใช้และการเก็บรักษาชุดทดสอบ

-ได้ตกลงกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดทดสอบหากัญชาในปัสสาวะ ดังนี้

๑. เป็นชุดทดสอบสำเร็จรูปที่ใช้ตรวจหาสารกัญชาในปัสสาวะโดยใช้หลักการ Competitive Binding immunoassay

๒. ชุดทดสอบประกอบด้วยแผ่นเมมเบรนไนโตรเซลลูโลส(Nitrocellulose membrane) ที่มีขนาด ๔ มิลลิเมตร บรรจุอยู่ภายใต้ตั้ดลับทดสอบ (Cassette) โดยมีตัวอักษรสีที่แตกต่างจากสีของตั้ดลับทดสอบ แสดงอย่างชัดเจนให้ทราบชนิดของสารเสพติด

๓. บนตั้ดลับมีตัวอักษรสีที่แตกต่างจากสีของตั้ดลับทดสอบแสดงอย่างชัดเจนให้ทราบตำแหน่งควบคุม (control region) ตำแหน่งทดสอบ (test region) มีหลอดดูดตัวอย่างปัสสาวะ และมีวัสดุกันความชื้น (ต้องมีเม็ดสีแสดงเมื่อวัสดุกันความชื้นมีคุณภาพเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในช่องพลาสติก) รวมบรรจุในซองอลูมิเนียมปิดสนิท บนซองแจ้งรายละเอียด เช่น ชื่อชนิดการทดสอบ ,การอ่านผล ,ค่า cut - off , รุ่นที่ผลิต, วันหมดอายุ, วิธีการตรวจ, สัญลักษณ์ CE Mark (IVD) และชื่อบริษัทผู้ผลิตมีขนาดบรรจุ ๔๐ ชุด/กล่อง /๔. การอ่าน...

๔. การอ่านผลใช้หลักการ immunochromatographic technique โดยผลบวก จะเห็นเป็นเส้นคมชัดที่ตำแหน่งควบคุม (Control region) เพียงเส้นเดียว และไม่ปรากฏรอยเส้นที่ตำแหน่ง ทดสอบ (test region) ส่วนผลลบจะเห็นเป็นเส้นคมชัดที่ตำแหน่งควบคุม (control region) และตำแหน่ง ทดสอบ (test region)

๕. ชุดตรวจมีการใช้ Colloidal Gold ในชุด (Cassette) สำหรับการเกิดแถบสีในการ ทดสอบ

๖. วิธีการทดสอบ ทำได้ง่ายในขั้นตอนเดียวโดยการหยดตัวอย่างปัสสาวะจำนวน ๓ หยดลง ในหลุมทดสอบ(sample well) และสามารถอ่านผลได้ชัดเจน ด้วยตาเปล่าและถูกต้องภายใน ๕ นาที โดยไม่ ต้องใช้เครื่องมืออื่นช่วยในการอ่าน

๗. ชุดทดสอบเก็บรักษาได้ง่าย โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔-๓๐ องศาเซลเซียส

๘. ค่า cut-off สำหรับการตรวจกัญชาที่ ๕๐ ng/ml โดยให้ผลบวก เมื่อมีปริมาณกัญชาใน ปัสสาวะตั้งแต่ ๕๐ng/ml ขึ้นไป และให้ผลลบเมื่อมีปริมาณกัญชาในปัสสาวะต่ำกว่า ๕๐ ng/ml โดยมีค่า ความคลาดเคลื่อนในช่วงที่ยอมรับได้ $\pm ๒๕\%$ ของค่า cut -off

๙. ชุดทดสอบมีผลการศึกษาค่าความไวและความจำเพาะเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน GC/MS ๙๔%

๑๐.ชุดทดสอบไม่ให้ผลบวกกับตัวยาต่อไปนี้ Amoxicillin , Ampicillin , Amphetamine , Caffeine , Chlorpheniramine , Codeine , Dextromethorphan , Phenpropylamine , Ranitidine ที่ระดับความเข้มข้นต่ำกว่า ๑๐๐ ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

๑๑.โรงงานผู้ผลิตได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

๑๒.ผลิตภัณฑ์ต้องผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานระดับประเทศหรือ มาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับรองคุณภาพ CE Mark (IVD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลพร้อมแนบเอกสารประกอบ

๑๓.มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

๑๔.มีอายุการใช้งาน(Expiry Date) ไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือนนับจากวันที่ส่งของ

๑๕.แนบเอกสารแสดงผลการศึกษาค่าความไว (clinical sensitivity:ความน่าจะเป็นของ ผลบวกจริง) และค่าความจำเพาะ (clinical specificity: ความน่าจะเป็นของผลลบจริง)

๑๖.แนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตแสดงมาตรฐานการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และ ผลการศึกษาคงสภาพของผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ(stability study)ที่ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดอายุ การใช้และการเก็บรักษาชุดทดสอบ

-ได้ตกลงกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดทดสอบหาเคตามีนในปัสสาวะ ดังนี้

๑. เป็นชุดทดสอบสำเร็จรูปที่ใช้ตรวจหาเคตามีน (Ketamine) ในปัสสาวะโดยใช้หลักการ Competitive binding immunoassay

๒. ชุดทดสอบประกอบด้วยแผ่นเมมเบรนไนโตรเซลลูโลส(Nitrocellulose membrane) ที่มีขนาด ๔ มิลลิเมตร บรรจุอยู่ภายใต้ตลับทดสอบ (Cassette) โดยมีตัวอักษรสีที่แตกต่างจากสีของตลับ ทดสอบ แสดงอย่างชัดเจนให้ทราบชนิดของสารเสพติด

๓. บนตลับมีตัวอักษรสีที่แตกต่างจากสีของตลับทดสอบแสดงอย่างชัดเจนให้ทราบ ตำแหน่งควบคุม(control region) ตำแหน่งทดสอบ (test region) มีหลอดดูดตัวอย่างปัสสาวะ และมีวัสดุ กันความชื้น (ต้องมีเม็ดสีแสดงเมื่อวัสดุกันความชื้นมีคุณภาพเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในของพลาสติก)

/รวมบรรจุ...

รวมบรรจุในซองอลูมิเนียมปิดสนิท บนซองแจ้งรายละเอียด เช่น ชื่อชนิดการทดสอบ ,การอ่านผล ,ค่า cut - off , รุ่นที่ผลิต, วันหมดอายุ, วิธีการตรวจ, สัญลักษณ์ CE Mark (IVD) และชื่อบริษัทผู้ผลิตมีขนาดบรรจุ ๔๐ ชุด/กล่อง

๔. การอ่านผลใช้หลักการ immunochromatographic technique โดยผลบวกจะเห็นเป็นเส้นคมชัดที่ตำแหน่งควบคุม (Control region) เพียงเส้นเดียว และไม่ปรากฏรอยเส้นที่ตำแหน่งทดสอบ (test region) ส่วนผลลบจะเห็นเป็นเส้นคมชัดที่ตำแหน่งควบคุม (control region) และตำแหน่งทดสอบ (test region)

๕. ชุดตรวจมีแถบควบคุม (Control line) สำหรับการควบคุมคุณภาพภายใน และมีการใช้ Colloidal Gold สำหรับเกิดแถบสีในการทดสอบ

๖. วิธีการทดสอบ ทำได้ง่ายในขั้นตอนเดียวโดยการหยดตัวอย่างปัสสาวะจำนวน ๓ หยดลงในหลุมทดสอบ (sample well) และสามารถอ่านผลได้ชัดเจน ด้วยตาเปล่าและถูกต้องภายใน ๕ นาที โดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่นช่วยในการอ่าน

๗. ชุดทดสอบเก็บรักษาได้ง่าย โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔-๓๐ องศาเซลเซียส

๘. ค่า cut-off สำหรับการตรวจเคตามีนเท่ากับ ๑๐๐๐ ng/ml โดยให้ผลบวก เมื่อมีปริมาณเคตามีนในปัสสาวะตั้งแต่ ๑๐๐๐ng/ml ขึ้นไป และให้ผลลบเมื่อมีปริมาณเคตามีนในปัสสาวะต่ำกว่า ๑๐๐๐ ng/ml โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในช่วงที่ยอมรับได้ $\pm 25\%$ ของค่า cut -off

๙. ชุดทดสอบมีผลการศึกษาค่าความไวและความจำเพาะเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน GC/MS ๙๗%

๑๐.ชุดทดสอบไม่ให้ผลบวกกับตัวยาต่อไปนี้ Amoxicillin , Ampicillin , Caffeine , Cannabidol , Clonidine , Dextromethorphan , Phenylpropanolamine , Ranitidine ที่ระดับความเข้มข้นต่ำกว่า ๑๐๐ ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

๑๑.โรงงานผู้ผลิตได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

๑๒.ผลิตภัณฑ์ต้องผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานระดับประเทศ หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพ CE Mark (IVD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลพร้อมแนบเอกสารประกอบ

๑๓.มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

๑๔.มีอายุการใช้งาน (Expiry Date) ไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือนนับจากวันที่ส่งของ

๑๕.แนบเอกสารแสดงผลการศึกษาค่าความไว (clinical sensitivity:ความน่าจะเป็นของผลบวกจริง) และค่าความจำเพาะ (clinical specificity: ความน่าจะเป็นของผลลบจริง)

๑๖.แนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตแสดงมาตรฐานการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และผลการศึกษาคงสภาพของผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ (stability study) ที่ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดอายุการใช้และการเก็บรักษาชุดทดสอบ

/๓. ข้อพิจารณา..

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรดำเนินการใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดทดสอบสารเสพติด เมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ คุณลักษณะชุดทดสอบสารเสพติดกัญชาในปัสสาวะ และคุณลักษณะชุดทดสอบ สารเสพติดเคตามีนในปัสสาวะ ที่กำหนดข้างต้น เพื่อประกอบการประกาศวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายจิตเวช แก้วน้อย)

ตำแหน่ง จ่าจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเสน่ห์ จันทรเงิน)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ

(ลงชื่อ) พ.ต.ท......กรรมการ

(พรณรงค์ เจริญวัฒนวิญญู)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ.๓)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

- ด้วยคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ได้รายงานผลคุณลักษณะเฉพาะฯ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ เรียบร้อยแล้ว เห็นควรดำเนินการใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าว ในการจัดซื้อ ตามระเบียบฯ ต่อไป


- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นางปริญันท์ มาประณีต)

เจ้าหน้าที่


(นางชนิษฐา ดิษฐบรรจง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่


(นายจิรพล ดิษฐวัฒนวิญญู)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดทดสอบสารเสพติดเมแทมเฟตามีนในปัสสาวะ ดังนี้

๑. เป็นชุดทดสอบสำเร็จรูปที่ใช้ตรวจหาสารเมแทมเฟตามีนในปัสสาวะโดยใช้หลักการ Competitive binding immunoassay
๒. ชุดทดสอบประกอบด้วยแผ่นเมมเบรนไนโตรเซลลูโลส(Nitrocellulose membrane) ที่มีขนาด ๔ มิลลิเมตร บรรจุอยู่ภายใต้ตลับทดสอบ (Cassette) โดยมีตัวอักษรสีที่แตกต่างจากสีของตลับทดสอบ แสดงอย่างชัดเจนให้ทราบชนิดของสารเสพติด
๓. บนตลับมีตัวอักษรสีที่แตกต่างจากสีของตลับทดสอบแสดงอย่างชัดเจนให้ทราบตำแหน่งควบคุม(control region) ตำแหน่งทดสอบ (test region) มีหลอดดูดตัวอย่างปัสสาวะ และมีวัสดุกันความชื้น (ต้องมีเม็ดสีแสดงเมื่อวัสดุกันความชื้นมีคุณภาพเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในช่องพลาสติก) รวมบรรจุในซองอลูมิเนียมปิดสนิท บนซองแจ้งรายละเอียด เช่น ชื่อชนิดการทดสอบ ,การอ่านผล ,ค่า cut - off , รุ่นที่ผลิต,วันหมดอายุ, วิธีการตรวจ, สัญลักษณ์ CE Mark (IVD) และชื่อบริษัทผู้ผลิต มีขนาดบรรจุ ๔๐ ชุด/กล่อง
๔. การอ่านผลใช้หลักการ immunochromatographic technique โดยผลบวกจะเห็นเป็นเส้นคมชัดที่ตำแหน่งควบคุม (Control region) เพียงเส้นเดียว และไม่ปรากฏรอยเส้นที่ตำแหน่งทดสอบ (test region) ส่วนผลลบจะเห็นเป็นเส้นคมชัดที่ตำแหน่งควบคุม (control region) และตำแหน่งทดสอบ (test region)
๕. ชุดตรวจมีการใช้ Colloidal Gold ในชุด (Cassette) สำหรับการเกิดแถบสีในการทดสอบ
๖. วิธีการทดสอบ ทำได้ง่ายในขั้นตอนเดียวโดยการหยดตัวอย่างปัสสาวะจำนวน ๓ หยดลงในหลุมทดสอบ (sample well) และสามารถอ่านผลได้ชัดเจน ด้วยตาเปล่าและถูกต้องภายใน ๕ นาที โดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่นช่วยในการอ่าน
๗. ชุดทดสอบเก็บรักษาได้ง่าย โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔-๓๐ องศาเซลเซียส
๘. ค่า cut-off สำหรับการตรวจเมแทมเฟตามีนที่ ๑,๐๐๐ ng/ml โดยให้ผลบวก. เมื่อมีปริมาณเมแทมเฟตามีนในปัสสาวะตั้งแต่ ๑๐๐๐ng/ml ขึ้นไป และให้ผลลบเมื่อมีปริมาณเมแทมเฟตามีนในปัสสาวะต่ำกว่า ๑๐๐๐ ng/ml โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในช่วงที่ยอมรับได้ $\pm 25\%$ ของค่า cut -off
๙. ชุดทดสอบมีผลการศึกษาค่าความไวและความจำเพาะเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน GC/MS ๙๗%
- ๑๐.ชุดทดสอบไม่ให้ผลบวกกับตัวยาท่อปี่ Acetaminophen , Aspirin, Brompheniramine, Caffeine, Chloramphenicol, Dextromethorphan, Furosemide และ Rantidine ที่ระดับความเข้มข้นต่ำกว่า ๑๐๐ ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
- ๑๑.โรงงานผู้ผลิตได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล
- ๑๒.ผลิตภัณฑ์ต้องผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานระดับประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศเช่น องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับรองคุณภาพ CE Mark (IVD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลพร้อมแนบเอกสารประกอบ
- ๑๓.มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- ๑๔.มีอายุการใช้งาน(Expiry Date) ไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือนนับจากวันที่ส่งของ
- ๑๕.แนบเอกสารแสดงผลการศึกษาค่าความไว (clinical sensitivity:ความน่าจะเป็นของผลบวกจริง) และค่าความจำเพาะ (clinical specificity: ความน่าจะเป็นของผลลบจริง)

๑๖. แนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตแสดงมาตรฐานการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และ ผลการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ(stability study)ที่ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดอายุการใช้ และการเก็บรักษาชุดทดสอบ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดทดสอบหากัญชาในปัสสาวะ ดังนี้

๑. เป็นชุดทดสอบสำเร็จรูปที่ใช้ตรวจหาสารกัญชาในปัสสาวะโดยใช้หลักการ Competitive Binding immunoassay
๒. ชุดทดสอบประกอบด้วยแผ่นเมมเบรนไนโตรเซลลูโลส(Nitrocellulose membrane) ที่มีขนาด ๔ มิลลิเมตร บรรจุอยู่ภายใต้ตลับทดสอบ (Cassette) โดยมีตัวอักษรสีที่แตกต่างจากสีของตลับทดสอบ แสดงอย่างชัดเจนให้ทราบชนิดของสารเสพติด
๓. บนตลับมีตัวอักษรสีที่แตกต่างจากสีของตลับทดสอบแสดงอย่างชัดเจนให้ทราบตำแหน่งควบคุม (control region) ตำแหน่งทดสอบ (test region) มีหลอดดูดตัวอย่างปัสสาวะ และมีวัสดุกันความชื้น (ต้องมีเม็ดยาแสดงเมื่อวัสดุกันความชื้นมีคุณภาพเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในช่องพลาสติก) รวมบรรจุในซองอลูมิเนียมปิดสนิท บนซองแจ้งรายละเอียด เช่น ชื่อชนิดการทดสอบ ,การอ่านผล ,ค่า cut - off , รุ่นที่ผลิต, วันหมดอายุ, วิธีการตรวจ, สัญลักษณ์ CE Mark (IVD) และชื่อบริษัทผู้ผลิตมีขนาดบรรจุ ๔๐ ชุด/กล่อง
๔. การอ่านผลใช้หลักการ immunochromatographic technique โดยผลบวกจะเห็นเป็นเส้นคมชัดที่ตำแหน่งควบคุม (Control region) เพียงเส้นเดียว และไม่ปรากฏรอยเส้นที่ตำแหน่งทดสอบ (test region) ส่วนผลลบจะเห็นเป็นเส้นคมชัดที่ตำแหน่งควบคุม (control region) และตำแหน่งทดสอบ (test region)
๕. ชุดตรวจมีการใช้ Colloidal Gold ในชุด (Cassette) สำหรับการเกิดแถบสีในการทดสอบ
๖. วิธีการทดสอบ ทำได้ง่ายในขั้นตอนเดียวโดยการหยดตัวอย่างปัสสาวะจำนวน ๓ หยดลงในหลุมทดสอบ(sample well) และสามารถอ่านผลได้ชัดเจน ด้วยตาเปล่าและถูกต้องภายใน ๕ นาที โดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่นช่วยในการอ่าน
๗. ชุดทดสอบเก็บรักษาได้ง่าย โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔-๓๐ องศาเซลเซียส
๘. ค่า cut-off สำหรับการตรวจกัญชาที่ ๕๐ ng/ml โดยให้ผลบวก เมื่อมีปริมาณกัญชาในปัสสาวะตั้งแต่ ๕๐ng/ml ขึ้นไป และให้ผลลบเมื่อมีปริมาณกัญชาในปัสสาวะต่ำกว่า ๕๐ ng/ml โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในช่วงที่ยอมรับได้ $\pm ๒๕\%$ ของค่า cut -off
๙. ชุดทดสอบมีผลการศึกษาค่าความไวและความจำเพาะเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน GC/MS ๙๔%
- ๑๐.ชุดทดสอบไม่ให้ผลบวกกับตัวยาดต่อไปนี้ Amoxicillin , Ampicillin , Amphetamine , Caffeine , Chlorpheniramine , Codeine , Dextromethorphan , Phenylpropanolamine , Ranitidine ที่ระดับความเข้มข้นต่ำกว่า ๑๐๐ ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
- ๑๑.โรงงานผู้ผลิตได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล
- ๑๒.ผลิตภัณฑ์ต้องผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานระดับประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพ CE Mark (IVD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลพร้อมแนบเอกสารประกอบ
- ๑๓.มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- ๑๔.มีอายุการใช้งาน(Expiry Date) ไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือนนับจากวันที่ส่งของ
- ๑๕.แนบเอกสารแสดงผลการศึกษาค่าความไว (clinical sensitivity:ความน่าจะเป็นของ

/ผลบวก...

ผลบวกจริง) และค่าความจำเพาะ (clinical specificity: ความน่าจะเป็นของผลลบจริง)

๑๖. แนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตแสดงมาตรฐานการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และผลการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ(stability study)ที่ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดอายุการใช้ และการเก็บรักษาชุดทดสอบ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดทดสอบหาเคตามีนในปัสสาวะ ดังนี้

๑. เป็นชุดทดสอบสำเร็จรูปที่ใช้ตรวจหาเคตามีน (Ketamine) ในปัสสาวะโดยใช้หลักการ Competitive binding immunoassay

๒. ชุดทดสอบประกอบด้วยแผ่นเมมเบรนไนโตรเซลลูโลส(Nitrocellulose membrane) ที่มีขนาด ๔ มิลลิเมตร บรรจุอยู่ภายใต้ตลับทดสอบ (Cassette) โดยมีตัวอักษรสีที่แตกต่างจากสีของตลับทดสอบ แสดงอย่างชัดเจนให้ทราบชนิดของสารเสพติด

๓. บนตลับมีตัวอักษรสีที่แตกต่างจากสีของตลับทดสอบแสดงอย่างชัดเจนให้ทราบตำแหน่งควบคุม(control region) ตำแหน่งทดสอบ (test region) มีหลอดดูดตัวอย่างปัสสาวะ และมีวัสดุกันความชื้น (ต้องมีเม็ดยึดแสดงเมื่อวัสดุกันความชื้นมีคุณภาพเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในช่องพลาสติก) รวมบรรจุในซองอลูมิเนียมปิดสนิท บนซองแจ้งรายละเอียด เช่น ชื่อชนิดการทดสอบ ,การอ่านผล ,ค่า cut - off ,รุ่นที่ผลิต,วันหมดอายุ, วิธีการตรวจ, สัญลักษณ์ CE Mark (IVD) และชื่อบริษัทผู้ผลิตมีขนาดบรรจุ ๔๐ ชุด/กล่อง

๔. การอ่านผลใช้หลักการ immunochromatographic technique โดยผลบวกจะเห็นเป็นเส้นคมชัดที่ตำแหน่งควบคุม (Control region) เพียงเส้นเดียว และไม่ปรากฏรอยเส้นที่ตำแหน่งทดสอบ (test region) ส่วนผลลบจะเห็นเป็นเส้นคมชัดที่ตำแหน่งควบคุม (control region) และตำแหน่งทดสอบ (test region)

๕. ชุดตรวจมีแถบควบคุม (Control line) สำหรับการควบคุมคุณภาพภายใน และมีการใช้Colloidal Gold สำหรับเกิดแถบสีในการทดสอบ

๖. วิธีการทดสอบ ทำได้ง่ายในขั้นตอนเดียวโดยการหยดตัวอย่างปัสสาวะจำนวน ๓ หยดลงในหลุมทดสอบ(sample well) และสามารถอ่านผลได้ชัดเจน ด้วยตาเปล่าและถูกต้องภายใน ๕ นาที โดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่นช่วยในการอ่าน

๗. ชุดทดสอบเก็บรักษาได้ง่าย โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔-๓๐ องศาเซลเซียส

๘. ค่า cut-off สำหรับการตรวจเคตามีนเท่ากับ ๑๐๐๐ ng/ml โดยให้ผลบวก เมื่อมีปริมาณเคตามีนในปัสสาวะตั้งแต่ ๑๐๐๐ng/ml ขึ้นไป และให้ผลลบเมื่อมีปริมาณเคตามีนในปัสสาวะต่ำกว่า ๑๐๐๐ ng/ml โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในช่วงที่ยอมรับได้ $\pm 25\%$ ของค่า cut -off

๙. ชุดทดสอบมีผลการศึกษาค่าความไวและความจำเพาะเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน GC/MS ๙๙%

๑๐.ชุดทดสอบไม่ให้ผลบวกกับตัวยาดต่อไปนี้ Amoxicillin , Ampicillin , Caffeine , Cannabidol , Clonidine , Dextromethorphan , Phenylpropanolamine , Ranitidine ที่ระดับความเข้มข้นต่ำกว่า ๑๐๐ ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

๑๑. โรงงานผู้ผลิตได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

๑๒. ผลิตภัณฑ์ต้องผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานระดับประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพ CE Mark (IVD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลพร้อมแนบเอกสารประกอบ

๑๓. มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

๑๔. มีอายุการใช้งาน(Expiry Date) ไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือนนับจากวันที่ส่งของ

๑๕. แนบเอกสารแสดงผลการศึกษาค่าความไว (clinical sensitivity:ความน่าจะเป็นของผลบวกจริง) และค่าความจำเพาะ (clinical specificity: ความน่าจะเป็นของผลลบจริง)

๑๖. แนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตแสดงมาตรฐานการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และผลการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ (stability study)ที่ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดอายุการใช้และการเก็บรักษาชุดทดสอบ




รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ
ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ น/ว ๕๓ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายขจิตเวช แก้วน้อย	จำจังหวัดสมุทรปราการ		ประธานกรรมการ
๒.	นายเสน่ห์ จันทรเงิน	สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ		กรรมการ
๓.	พ.ต.ท.พรณรงค์ เจริญวัฒนวิญญู	นักวิทยาศาสตร์ (สบ.๓)		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

- นายขจิตเวช แก้วน้อย จำจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชุดทดสอบสารเสพติดกัญชาในปัสสาวะ และชุดทดสอบสารเสพติดเคตามีนในปัสสาวะ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ น/ว ๕๓ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชุดทดสอบสารเสพติดกัญชาในปัสสาวะ และชุดทดสอบสารเสพติดเคตามีนในปัสสาวะ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ ประกอบด้วย

๑. นายขจิตเวช แก้วน้อย ตำแหน่ง จำจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกรรมการ
 ๒. นายเสน่ห์ จันทรเงิน ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นกรรมการ
 ๓. พ.ต.ท.พรณรงค์ เจริญวัฒนวิญญู ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ.๓) เป็นกรรมการ
- เพื่อเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชุดทดสอบสารเสพติดกัญชาในปัสสาวะ และชุดทดสอบเคตามีนในปัสสาวะ

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ประธาน ด้วยที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับงบประมาณในการดำเนินการโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ เป็นค่าวัสดุ โดยการจัดหาวัสดุเวชภัณฑ์ประเภท ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ จำนวน ๗๐,๐๐๐ ชุด ชุดทดสอบสารเสพติดกัญชาในปัสสาวะ จำนวน ๔๐,๐๐๐ ชุด และชุดทดสอบสารเสพติดเคตามีนในปัสสาวะ จำนวน ๔๐,๐๐๐ ชุด ภายในวงเงิน ๗,๕๕๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จึงได้ร่วมกัน ประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดทดสอบสารเสพติดหาเมทแอมเฟตามีน ในปัสสาวะ ชุดทดสอบสารเสพติดกัญชาในปัสสาวะ และชุดทดสอบสารเสพติดเคตามีนในปัสสาวะ อย่างโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน ดังนี้

ที่ประชุม -ได้ตกลงกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดทดสอบหาเมทแอมเฟตามีนใน ปัสสาวะ ดังนี้

๑. เป็นชุดทดสอบสำเร็จรูปที่ใช้ตรวจหาสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะโดยใช้หลักการ Competitive binding immunoassay

๒. ชุดทดสอบประกอบด้วยแผ่นเมมเบรนไนโตรเซลลูโลส(Nitrocellulose membrane) ที่มีขนาด ๔ มิลลิเมตร บรรจุอยู่ภายใต้ตัวทดสอบ (Cassette) โดยมีตัวอักษรสีที่แตกต่างจากสีของตัวทดสอบ แสดงอย่างชัดเจนให้ทราบชนิดของสารเสพติด

๓. บนตัวทดสอบมีตัวอักษรสีที่แตกต่างจากสีของตัวทดสอบแสดงอย่างชัดเจนให้ทราบตำแหน่ง ควบคุม (control region) ตำแหน่งทดสอบ (test region) มีหลอดดูดตัวอย่างปัสสาวะ และมีวัสดุกัน ความชื้น (ต้องมีเม็ดยึดแสดงเมื่อวัสดุกันความชื้นมีคุณภาพเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในของพลาสติก) รวมบรรจุ ในซองอลูมิเนียมปิดสนิท บนซองแจ้งรายละเอียด เช่น ชื่อชนิดการทดสอบ ,การอ่านผล ,ค่า cut - off , รุ่นที่ ผลิต, วันหมดอายุ, วิธีการตรวจ, สัญลักษณ์ CE Mark (IVD) และชื่อบริษัทผู้ผลิต มีขนาดบรรจุ ๔๐ ชุด/ กล่อง

๔. การอ่านผลใช้หลักการ immunochromatographic technique โดยผลบวกจะเห็น เป็นเส้นคมชัดที่ตำแหน่งควบคุม (Control region) เพียงเส้นเดียว และไม่ปรากฏรอยเส้นที่ตำแหน่งทดสอบ (test region) ส่วนผลลบจะเห็นเป็นเส้นคมชัดที่ตำแหน่งควบคุม (control region) และตำแหน่งทดสอบ (test region)

๕. ชุดตรวจมีการใช้ Colloidal Gold ในชุด (Cassette) สำหรับการเกิดแถบสีในการทดสอบ

๖. วิธีการทดสอบ ทำได้ง่ายในขั้นตอนเดียวโดยการหยดตัวอย่างปัสสาวะจำนวน ๓ หยดลงใน หลุมทดสอบ (sample well) และสามารถอ่านผลได้ชัดเจน ด้วยตาเปล่าและถูกต้องภายใน ๕ นาที โดยไม่ ต้องใช้เครื่องมืออื่นช่วยในการอ่าน

๗. ชุดทดสอบเก็บรักษาได้ง่าย โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔-๓๐ องศาเซลเซียส

๘. ค่า cut-off สำหรับการตรวจหาเมทแอมเฟตามีนที่ ๑,๐๐๐ ng/ml โดยให้ผลบวก เมื่อมี ปริมาณเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะตั้งแต่ ๑๐๐๐ng/ml ขึ้นไป และให้ผลลบเมื่อมีปริมาณเมทแอมเฟตามีน ในปัสสาวะต่ำกว่า ๑๐๐๐ ng/ml โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในช่วงที่ยอมรับได้ $\pm ๒๕\%$ ของค่า cut -off

/๙. ชุดทดสอบ...

๙. ชุดทดสอบมีผลการศึกษาค่าความไวและความจำเพาะเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน GC/MS ๙๗%

๑๐. ชุดทดสอบไม่ให้ผลบวกกับตัวยาท่อปี่ Acetaminophen , Aspirin, Brompheniramine, Caffeine, Chloramphenicol, Dextromethorphan, Furosemide และ Rantidine ที่ระดับความเข้มข้นต่ำกว่า ๑๐๐ ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

๑๑. โรงงานผู้ผลิตได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

๑๒. ผลิตภัณฑ์ต้องผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานระดับประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศเช่น องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพ CE Mark (IVD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลพร้อมแนบเอกสารประกอบ

๑๓. มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

๑๔. มีอายุการใช้งาน(Expiry Date) ไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือนนับจากวันที่ส่งของ

๑๕. แนบเอกสารแสดงผลการศึกษาค่าความไว (clinical sensitivity: ความน่าจะเป็นของผลบวกจริง) และค่าความจำเพาะ (clinical specificity: ความน่าจะเป็นของผลลบจริง)

๑๖. แนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตแสดงมาตรฐานการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และผลการศึกษาคงสภาพของผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ(stability study)ที่ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดอายุการใช้และการเก็บรักษาชุดทดสอบ

-ได้ตกลงกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดทดสอบหากัญชาในปัสสาวะ ดังนี้

๑. เป็นชุดทดสอบสำเร็จรูปที่ใช้ตรวจหาสารกัญชาในปัสสาวะโดยใช้หลักการ Competitive Binding immunoassay

๒. ชุดทดสอบประกอบด้วยแผ่นเมมเบรนไนโตรเซลลูโลส(Nitrocellulose membrane) ที่มีขนาด ๔ มิลลิเมตร บรรจุอยู่ภายใต้ตลับทดสอบ (Cassette) โดยมีตัวอักษรสีที่แตกต่างจากสีของตลับทดสอบ แสดงอย่างชัดเจนให้ทราบชนิดของสารเสพติด

๓. บนตลับมีตัวอักษรสีที่แตกต่างจากสีของตลับทดสอบแสดงอย่างชัดเจนให้ทราบตำแหน่งควบคุม (control region) ตำแหน่งทดสอบ (test region) มีหลอดดูดตัวอย่างปัสสาวะ และมีวัสดุกันความชื้น (ต้องมีเม็ดสีแสดงเมื่อวัสดุกันความชื้นมีคุณภาพเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในของพลาสติก) รวมบรรจุในซองอลูมิเนียมปิดสนิท บนซองแจ้งรายละเอียด เช่น ชื่อชนิดการทดสอบ ,การอ่านผล ,ค่า cut - off , รุ่นที่ผลิต, วันหมดอายุ, วิธีการตรวจ, สัญลักษณ์ CE Mark (IVD) และชื่อบริษัทผู้ผลิตมีขนาดบรรจุ ๔๐ ชุด/กล่อง

๔. การอ่านผลใช้หลักการ immunochromatographic technique โดยผลบวกจะเห็นเป็นเส้นคมชัดที่ตำแหน่งควบคุม (Control region) เพียงเส้นเดียว และไม่ปรากฏรอยเส้นที่ตำแหน่งทดสอบ (test region) ส่วนผลลบจะเห็นเป็นเส้นคมชัดที่ตำแหน่งควบคุม (control region) และตำแหน่งทดสอบ (test region)

๕. ชุดตรวจมีการใช้ Colloidal Gold ในชุด (Cassette) สำหรับการเกิดแถบสีในการทดสอบ

๖. วิธีการทดสอบ ทำได้ง่ายในขั้นตอนเดียวโดยการหยดตัวอย่างปัสสาวะจำนวน ๓ หยดลงในหลุมทดสอบ (sample well) และสามารถอ่านผลได้ชัดเจน ด้วยตาเปล่าและถูกต้องภายใน ๕ นาที โดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่นช่วยในการอ่าน

๗. ชุดทดสอบเก็บรักษาได้ง่าย โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔-๓๐ องศาเซลเซียส

๘. ค่า cut-off สำหรับการตรวจกัญชาที่ ๕๐ ng/ml โดยให้ผลบวก เมื่อมีปริมาณกัญชาในปัสสาวะตั้งแต่ ๕๐ng/ml ขึ้นไป และให้ผลลบเมื่อมีปริมาณกัญชาในปัสสาวะต่ำกว่า ๕๐ ng/ml โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในช่วงที่ยอมรับได้ $\pm 2\%$ ของค่า cut -off

/๙. ชุดทดสอบ...

๙. ชุดทดสอบมีผลการศึกษาค่าความไวและความจำเพาะเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน GC/MS ๙๔%

๑๐. ชุดทดสอบไม่ให้ผลบวกกับตัวยาท่อปี่ Amoxicillin , Ampicillin , Amphetamine , Caffeine , Chlorpheniramine , Codeine , Dextromethorphan , Phenylpropanolamine , Ranitidine ที่ระดับความเข้มข้นต่ำกว่า ๑๐๐ ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

๑๑. โรงงานผู้ผลิตได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

๑๒. ผลิตภัณฑ์ต้องผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานระดับประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพ CE Mark (IVD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลพร้อมแนบเอกสารประกอบ

๑๓. มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

๑๔. มีอายุการใช้งาน(Expiry Date) ไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือนนับจากวันที่ส่งของ

๑๕. แนบเอกสารแสดงผลการศึกษาค่าความไว (clinical sensitivity: ความน่าจะเป็นของผลบวกจริง) และค่าความจำเพาะ (clinical specificity: ความน่าจะเป็นของผลลบจริง)

๑๖. แนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตแสดงมาตรฐานการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และผลการศึกษาค่าความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ(stability study)ที่ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดอายุการใช้ และการเก็บรักษาชุดทดสอบ

-ได้ตกลงกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดทดสอบหาเคตามีนในปัสสาวะ

ดังนี้

๑. เป็นชุดทดสอบสำเร็จรูปที่ใช้ตรวจหาเคตามีน (Ketamine)ในปัสสาวะโดยใช้หลักการ Competitive binding immunoassay

๒. ชุดทดสอบประกอบด้วยแผ่นเมมเบรนไนโตรเซลลูโลส (Nitrocellulose membrane) ที่มีขนาด ๔ มิลลิเมตร บรรจุอยู่ภายในตู้ทดสอบ (Cassette) โดยมีตัวอักษรสีที่แตกต่างจากสีของตัวทดสอบ แสดงอย่างชัดเจนให้ทราบชนิดของสารเสพติด

๓. บนตัวทดสอบมีตัวอักษรสีที่แตกต่างจากสีของตัวทดสอบแสดงอย่างชัดเจนให้ทราบตำแหน่งควบคุม(control region) ตำแหน่งทดสอบ (test region) มีหลอดดูดตัวอย่างปัสสาวะ และมีวัสดุกันความชื้น (ต้องมีเมดสีแสดงเมื่อวัสดุกันความชื้นมีคุณภาพเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในช่องพลาสติก) รวมบรรจุในซองอลูมิเนียมปิดสนิท บนซองแจ้งรายละเอียด เช่น ชื่อชนิดการทดสอบ ,การอ่านผล ,ค่า cut - off ,รุ่นที่ผลิต, วันหมดอายุ, วิธีการตรวจ, สัญลักษณ์ CE Mark (IVD) และชื่อบริษัทผู้ผลิตมีขนาดบรรจุ ๔๐ ชุด/กล่อง

๔. การอ่านผลใช้หลักการ immunochromatographic technique โดยผลบวกจะเห็นเป็นเส้นคมชัดที่ตำแหน่งควบคุม (Control region) เพียงเส้นเดียว และไม่ปรากฏรอยเส้นที่ตำแหน่งทดสอบ (test region) ส่วนผลลบจะเห็นเป็นเส้นคมชัดที่ตำแหน่งควบคุม (control region) และตำแหน่งทดสอบ (test region)

๕. ชุดตรวจมีแถบควบคุม (Control line) สำหรับการควบคุมคุณภาพภายใน และมีการใช้ Colloidal Gold สำหรับเกิดแถบสีในการทดสอบ

๖. วิธีการทดสอบ ทำได้ง่ายในขั้นตอนเดียวโดยการหยดตัวอย่างปัสสาวะ จำนวน ๓ หยดลงในหลุมทดสอบ(sample well) และสามารถอ่านผลได้ชัดเจน ด้วยตาเปล่าและถูกต้องภายใน ๕ นาที โดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่นช่วยในการอ่าน

๗. ชุดทดสอบเก็บรักษาได้ง่าย โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๔-๓๐ องศาเซลเซียส

/๘. ค่า cut-off...

๘. ค่า cut-off สำหรับการตรวจเคตามีนเท่ากับ ๑๐๐๐ ng/ml โดยให้ผลบวก เมื่อมีปริมาณเคตามีนในปัสสาวะตั้งแต่ ๑๐๐๐ng/ml ขึ้นไป และให้ผลลบเมื่อมีปริมาณเคตามีนในปัสสาวะต่ำกว่า ๑๐๐๐ ng/ml โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในช่วงที่ยอมรับได้ $\pm 25\%$ ของค่า cut -off

๙. ชุดทดสอบมีผลการศึกษาค่าความไวและความจำเพาะเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน GC/MS ๙๙%

๑๐. ชุดทดสอบไม่ให้ผลบวกกับตัวยาท่อไปนี้ Amoxicillin , Ampicillin , Caffeine , Cannabidol , Clonidine , Dextromethorphan , Phenylpropanolamine , Ranitidine ที่ระดับความเข้มข้นต่ำกว่า ๑๐๐ ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

๑๑. โรงงานผู้ผลิตได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

๑๒. ผลิตภัณฑ์ต้องผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานระดับประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพ CE Mark (IVD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลพร้อมแนบเอกสารประกอบ

๑๓. มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

๑๔. มีอายุการใช้งาน(Expiry Date) ไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือนนับจากวันที่ส่งของ

๑๕. แนบเอกสารแสดงผลการศึกษาค่าความไว (clinical sensitivity:ความน่าจะเป็นของผลบวกจริง) และค่าความจำเพาะ (clinical specificity: ความน่าจะเป็นของผลลบจริง)


๑๖. แนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตแสดงมาตรฐานการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และผลการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ (stability study)ที่ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดอายุการใช้และการเก็บรักษาชุดทดสอบ

ที่ประชุม ได้พิจารณาร่วมกันกำหนดการส่งของชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชุดทดสอบสารเสพติดกัญชาในปัสสาวะ และชุดทดสอบสารเสพติดเคตามีนในปัสสาวะ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันทำสัญญา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ


ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ) พ.ต.ท.  ผู้จัดรายงานการประชุม

(พรณรงค์ เจริญวันวิญญู)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ.๓)




(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายชิตเวช แก้วน้อย)

ตำแหน่ง จำจังหวัดสมุทรปราการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟตติจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสฟตติในสถานประกอบการ
ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ พ/ส/๒๒ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายขจิตเวช แก้วน้อย	จำจังหวัดสมุทรปราการ		ประธานกรรมการ
๒.	นายศุภฤกษ์ พวงดี	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ		กรรมการ
๓.	นางสาววิมลรัตน์ แสงครุฑ	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

- นายขจิตเวช แก้วน้อย จำจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ พ/ส/๒๒ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟตติจังหวัด
สมุทรปราการ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟตติในสถานประกอบการ ประกอบด้วย

๑. นายขจิตเวช แก้วน้อย ตำแหน่ง จำจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกรรมการ
๒. นายศุภฤกษ์ พวงดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ เป็นกรรมการ
๓. นางสาววิมลรัตน์ แสงครุฑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ

เพื่อเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และได้ร่วมกันสืบราคาตลาดชุดทดสอบสารเสฟตติเมทแอมเฟตามีน
ในปัสสาวะ ชุดทดสอบสารเสฟตติกัญชาในปัสสาวะ และชุดทดสอบสารเสฟตติเคตามีนในปัสสาวะ กับบริษัท/
ห้างหุ้นส่วน/ร้านค้าต่าง ๆ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟตติจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟตติในสถานประกอบการ

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ประธาน เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๑๗

กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ โดยการกำหนดราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มีใช้งานก่อสร้าง ในกรณีใช้ราคาตลาดโดยให้สืบราคาจากท้องตลาด เว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิงให้ระบุชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้านค้า/เว็บไซต์ที่สืบราคานั้น จะทำการสืบราคากี่ราย และจะใช้ราคาใดเป็นราคาอ้างอิง ซึ่งได้ทำการสืบราคาซื้อขายทั่วไปในท้องตลาดของชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชุดทดสอบสารเสพติดกัญชาในปัสสาวะ และชุดทดสอบ สารเสพติดเคตามีนในปัสสาวะ จากบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ ร้านค้า ผลสรุปได้ราคากลาง ดังนี้

๑. ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	รายการสินค้า	ขนาดบรรจุ/กล่อง	หน่วยละ	หมายเหตุ
๑.	บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติกส์ จำกัด	Methamphetamine (MET) Cassette ยาบ้า+ไอซ์ cut-off ๑๐๐๐ นาโนกรัม	๔๐ Test	๔๕.๐๐ บาท/ Test	ราคา ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒.	ร้านโปรเกรสเมดิคอลชายัน	ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ Met/cassette	๔๐ ชุด	๕๕.๕๐ บาท/ชุด	ราคา ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๓.	ร้าน โอทีซี ตรีภักดิ์	แผ่นตรวจสอบสารเสพติด ตรวจหาเมทแอมเฟตามีน MET	๔๐ ชุด/กล่อง	๕๕.๐๐ บาท/ Test	ราคา ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๔.	บริษัท ยูจี บางกอก จำกัด	ชุดตรวจปัสสาวะหา ยาบ้าและไอซ์ แบบ ตลับ	๔๐ ชุด/กล่อง	๖๐.๐๐ บาท/ชุด	ราคา ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๕.	หจก. นครสกล การเกษตร	ชุดตรวจปัสสาวะหา ยาบ้าและไอซ์แบบ ตลับ	๔๐ ชุด	๕๕.๐๐ บาท/ชุด	ราคา ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๖.	บริษัท ซีเอ็นที เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด	ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ เมทแอมเฟตามีน METแบบตลับ	๔๐ ชุด	๕๓.๕๐ บาท/ชุด	ราคา ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒. ชุดทดสอบสารเสพติดกัญชาในปัสสาวะ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	รายการสินค้า	ขนาดบรรจุ/กล่อง	หน่วยละ	หมายเหตุ
๑.	บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติกส์ จำกัด	ชุดตรวจสอบสารเสพติดกัญชาในปัสสาวะ Marijuana/THC/Cassette	๔๐ ชุด	๕๐.๐๐ บาท/ชุด	ราคา ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒.	ร้านโปรเกรสเมดิคอล ชายนัน	ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ THC/ Cassette	๔๐ ชุด	๕๙.๕๐ บาท/ชุด	ราคา ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๓.	ร้าน โอทีซี ตรีภักดิ์	แผ่นตรวจสอบสารเสพติด ตรวจหา กัญชา THC	๔๐ ชุด/กล่อง	๕๗.๐๐ บาท	ราคา ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๔.	บริษัท ยูจี บางกอก จำกัด	ชุดตรวจปัสสาวะหา กัญชา แบบตลับ	๔๐ ชุด	๖๐.๐๐ บาท	ราคา ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๕.	หจก. นครสกล การเกษตร	ชุดตรวจปัสสาวะหา กัญชา แบบตลับ	๔๐ ชุด	๕๖.๘๐ บาท	ราคา ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๖.	บริษัท ซีเอ็นที เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด	ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ กัญชา THC แบบตลับ	๔๐ ชุด	๕๕.๕๐ บาท/ชุด	ราคา ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

๓. ชุดทดสอบสารเสพติดเคตามีนในปัสสาวะ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	รายการสินค้า	ขนาดบรรจุ/กล่อง	หน่วยละ	หมายเหตุ
๑.	บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติกส์ จำกัด	ชุดตรวจสอบสารเสพติดเคตามีนในปัสสาวะ Ketamine/KET/ Cassette	๔๐ ชุด	๖๐ บาท/ชุด	ราคา ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒.	ร้านโปรเกรสเมดิคอล ซายน์	ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ KET/ Cassette	๔๐ ชุด	๖๕.๕๐ บาท/ชุด	ราคา ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๓.	ร้าน โอทีซี ตรีภักดิ์	แผ่นตรวจสอบสารเสพติดตรวจหายาเค KET	๔๐ ชุด/กล่อง	๖๐.๐๐ บาท	ราคา ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๔.	บริษัท ยูจี บางกอก จำกัด	ชุดตรวจปัสสาวะหากัญชาแบบตลับ	๔๐ ชุด	๖๕.๐๐ บาท	ราคา ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๕.	หจก. นครสกล การเกษตร	ชุดตรวจปัสสาวะหา ยาเค	๔๐ ชุด	๖๕.๐๐ บาท	ราคา ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๖.	บริษัท ซีเอ็นที เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด	ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ ยาเค KET แบบตลับ	๔๐ ชุด	๗๐.๐๐ บาท/ชุด	ราคา ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุม ได้พิจารณาตรวจสอบราคากลางของชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชุดทดสอบสารเสพติดกัญชาในปัสสาวะ และชุดทดสอบสารเสพติดเคตามีนในปัสสาวะ ร่วมกันแล้ว ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาววิมลรัตน์ แสงครุฑ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายการประชุม

(นายขจิตเวช แก้วน้อย)

ตำแหน่ง จำจังหวัดสมุทรปราการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) โทร. ๐-๒๓๙๕-๑๖๕๑

ที่ สป ๐๐๑๘.๒/

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลราคากลาง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

๑. เรื่องเดิม

ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในการจัดหาพัสดุ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ พ/ศ ๒๒ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้หาแหล่งที่มาของราคากลาง ในการจัดหาพัสดุเพื่อ ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยใช้สืบราคาจาก ห้องตลาด เป็นราคาอ้างอิงไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้านค้า และขอรายงานผลดังนี้

๒.๑ บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติกส์ จำกัด ได้แจ้งราคา Methamphetamine (MET) Cassette ราคาหน่วยละ ๔๕.-บาท ชุดตรวจสอบสารเสพติดกัญชาในปัสสาวะ Marijuana /THC/ Cassette ราคาหน่วยละ ๕๐.- บาท และชุดตรวจสอบสารเสพติดเคตามีนในปัสสาวะ Ketamine/KET/ Cassette ราคาหน่วยละ ๖๐ บาท

๒.๒ ร้านโอทีซี ดรักเฮสติ้ง ได้แจ้งราคาแผ่นตรวจสอบสารเสพติดตรวจหาแอมเฟตามีน MET ราคาหน่วยละ ๕๕.-บาท แผ่นตรวจสอบสารเสพติดตรวจหา กัญชา THC ราคาหน่วยละ ๕๗ บาท และแผ่น ตรวจสอบสารเสพติดตรวจหา ยาเค KET ราคาหน่วยละ ๖๐.-บาท

๒.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสกล การเกษตร ได้แจ้งราคาชุดตรวจปัสสาวะหายาบ้า และไอซ์ แบบตลับ ราคาหน่วยละ ๕๕ บาท ชุดตรวจปัสสาวะหา กัญชาแบบตลับ ราคาหน่วยละ ๕๖.๘๐ บาท และชุดตรวจปัสสาวะหายาเค ราคาหน่วยละ ๖๕ บาท

๒.๔ บริษัท ยูจี บางกอก จำกัด ได้แจ้งราคาชุดตรวจปัสสาวะหายาบ้าและไอซ์ แบบตลับ ราคาหน่วยละ ๖๐.-บาท ชุดตรวจปัสสาวะหา กัญชา แบบตลับ ราคาหน่วยละ ๖๐.-บาท และชุด ตรวจปัสสาวะหา กัญชา แบบตลับ ราคาหน่วยละ ๖๕ บาท

๒.๕ ร้านโปรเกรสเมดิคอลชายน ได้แจ้งราคาชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ MET/Cassette ราคาหน่วยละ ๕๕.๕๐ บาท/ชุด ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ THC/Cassette ราคา หน่วยละ ๕๙.๕๐ บาท/ชุด และชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ KET/Cassette ราคาหน่วยละ ๖๕.๕๐ บาท/ชุด

/๖. บริษัท...

๒.๖ บริษัท ซีเอ็นที เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ได้แจ้งราคาชุดทดสอบสารเสพติด
ในปัสสาวะเมทแอมเฟตามีน MET แบบตลับ ราคาหน่วยละ ๕๓.๕๐ บาท/ชุด ชุดทดสอบสารเสพติดใน
ปัสสาวะ กัญชา THC แบบตลับ ราคาหน่วยละ ๕๕.๕๐ บาท/ชุด และชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ ยาเค
KET แบบตลับ ราคาหน่วยละ ๗๐ บาท/ชุด

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรใช้ราคาของบริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นราคาต่ำสุด
คือ Methamphetamine (MET) Cassette ราคาหน่วยละ ๔๕ บาท ชุดตรวจสอบสารเสพติดกัญชาในปัสสาวะ
Marijuana /THC/ Cassette ราคาหน่วยละ ๕๐ บาท และชุดตรวจสอบสารเสพติดเคตามีนในปัสสาวะ
Ketamine/KET/ Cassette ราคาหน่วยละ ๖๐ บาท เป็นราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดหาพัสดุด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
สมุทรปราการ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดซื้อต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายขจิตเวช แก้วน้อย)

ตำแหน่ง จำจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภฤกษ์ พวงดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววิมลรัตน์ แสงครุฑ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

- ด้วยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้รายงานผลราคากลางตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ได้กำหนดราคาในการจัดหาพัสดุตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นควรใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดซื้อตามระเบียบฯ ต่อไป

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางปริยฉัตร มาประณีต)

เจ้าหน้าที่

(นางชนิษฐา ดิษฐบรรจง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายธีรพล สิริบุญวัฒน์)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ